

Antônio Sousa Vieira de Carvalho Júnior

# **Desenvolvimento de métodos para detecção automática do glaucoma**

Picos - PI  
13 de Novembro de 2017

Antônio Sousa Vieira de Carvalho Júnior

## **Desenvolvimento de métodos para detecção automática do glaucoma**

Monografia submetida ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação como requisito parcial para obtenção de grau de Bacharel em Sistemas de Informação. Orientador: Prof. Dr. Antonio Oseas de Carvalho Filho

Universidade Federal do Piauí  
Campus Senador Heuvídio Nunes de Barros  
Bacharelado em Sistemas de Informação

Picos - PI  
13 de Novembro de 2017

**FICHA CATALOGRÁFICA**  
**Serviço de Processamento Técnico da Universidade Federal do Piauí**  
**Biblioteca José Albano de Macêdo**

**C331d** Carvalho Júnior, Antônio Sousa Vieira de.

Desenvolvimento de métodos para detecção automática do glaucoma / Antônio Sousa Vieira de Carvalho Júnior.– 2017.

CD-ROM : il.; 4 ¾ pol. (24 f.)

Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal do Piauí, Picos, 2018.

Orientador(A): Prof. Dr. Antonio Oseas de Carvalho Filho

1. Processamento Digital de Imagens. 2. Glaucoma. 3. Descritor de Textura. I. Título.

**CDD 005.118**


DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO  
GLAUCOMA

ANTONIO SOUSA VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR


Monografia Aprovada como exigência parcial para obtenção do grau de  
Bacharel em Sistemas de Informação.

Data de Aprovação

Picos – PI, 27 de novembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Dr. Antonio Oseas de Carvalho Filho  
Orientador

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Esp. Ismael de Holanda Leal  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Esp. Leonardo Pereira de Sousa  
Membro

# Agradecimentos

Deixo meus agradecimentos primeiramente a Deus por me guiar todos os dias.

A toda minha família por sempre está presente, especialmente a meus pais Maria Do O e Antônio Vieira por me apoiar todo esse tempo e as minhas irmãs Nayane Carvalho e Dayane Carvalho por sempre me ajudar quando eu mais precisei.

Ao meu Avô Raimundo Carlos e a Minha Avó Maria de Lurdes, que sempre me mostraram o quanto importante é a família.

Ao meu Orientador o Prof. Antônio Oseas por estar presente sempre orientando no desenvolvimento da minha pesquisa e pela motivação e por todas as vezes que me cobrou, pois todas essas dores de cabeça foram muito importantes na minha formação acadêmica. #Cuida

Agradeço também as Professoras Alcilene Dalilia, Patricia Vieira e Patricia Medyna por estarem sempre presentes ajudando nos projetos da ICV e pelas palavras de motivação e aos professores Airton Pereira e Ivenildo Alexandre por sempre cobrarem mais e mais.

As pessoas que passaram más e bons momentos ao meu lado, pessoalmente a Gilberto Filho, Flavio Augusto, João Lucas, e a meus amigos Marcelo Damasceno Edson Damasceno, Marcos Vinícius, Leonardo Augusto, Rodrigo Carlos, Ramires Raynan, Rayane Moura, Nonato Sales e Davi Luis por que sempre pude contar com eles quando precisei.

Por fim, a todas as pessoas que são importantes que fizeram parte e que estão fazendo parte dessa caminhada, pois ainda só é o começo de muitas conquistas que estão por vir.

*Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente..*  
*Racionais MC's*

# Resumo

O glaucoma é uma doença ocular desenvolvida pelo aumento da pressão intra-ocular que ocasiona a perda progressiva do campo visual. Devido à patologia ser assintomática, é de grande importância que a doença seja identificada nos estágios iniciais facilitando assim o tratamento. O Processamento Digital de Imagens em conjunto com técnicas computacionais vem desenvolvendo métodos para detecção automática do glaucoma. Desta forma, foi realizada uma comparação entre quatro métodos desenvolvidos utilizando os algoritmos de Otsu e k-means. Na primeira etapa foi feita a segmentação do disco óptico, na segunda etapa foi utilizada a extração de características baseada nos índices de diversidade filogenética e por fim a classificação utilizando o WEKA, obtendo o melhor resultado aplicando o Otsu com sensibilidade de 97,5%, especificidade de 100% e uma acurácia de 97,9%.

**Palavras-chaves:** Processamento de Imagens. Descritor de Textura. Glaucoma.

# Abstract

Glaucoma is an ocular disease developed by the increase of the intraocular pressure that causes the progressive loss of the visual field. Because the condition is asymptomatic, it is of great importance that the disease be identified in the early stages thus facilitating treatment. The Digital Image Processing in conjunction with computational techniques has been developing methods for automatic detection of glaucoma. In this way, a comparison was made between four methods developed using the Otsu and k-means algorithms. In the first stage, optical segmentation was made. In the second stage, the extraction of characteristics based on the phylogenetic diversity indexes was used, and finally the classification using the WEKA, obtaining the best result applying the Otsu with sensitivity of 97.5% Specificity of 100% and an accuracy of 97.9%.

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxograma de execução do projeto. . . . .	13
Figura 2 – Ilustração do Plano Cartesiano. . . . .	14
Figura 3 – Imagem glaucomatosa da retina (a), Segmentação aplicando Otsu (b), Segmentação aplicando de Otsu com a região circular (c). . . . .	15
Figura 4 – Imagem glaucomatosa da retina (a), Segmentação aplicando k-means (b), Segmentação aplicando k-means com a região circular (c). . . . .	15

# Lista de tabelas

Tabela 1 – Resultados da classificação com Otsu. . . . .	18
Tabela 2 – Resultados da classificação com Otsu e a região circular. . . . .	18
Tabela 3 – Resultados da classificação com o K-means. . . . .	19
Tabela 4 – Resultados da classificação com o k-means e a região circular. . . . .	19
Tabela 5 – Resultados da classificação das características todos os métodos juntos. . . . .	19
Tabela 6 – Resultados da classificação das características todos os métodos juntos. . . . .	20

# Lista de abreviaturas e siglas

OMS	Organização Mundial da Saúde
PIO	Pressão Intraocular
PDI	Processamento Digital de Imagens
DO	Disco Óptico
IDF	Índices de Diversidade Filogenética
PD	<i>Phylogenetic Diversity</i>
SPD	<i>Sum of Phylogenetic Distances</i>
MNND	<i>Mean Nearest Neighbour Distance</i>
PSV	<i>Phylogenetic Species Variability</i>
PSR	<i>Phylogenetic Species Richness</i>
VP	Verdadeiro Positivo
FP	Falso Positivo
FN	Falso Negativo
VN	Verdadeiro Negativo
S	Sensibilidade
E	Especificidade
A	Acurácia

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Trabalhos Relacionados</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Materiais e Métodos</b>	<b>13</b>
3.1	Aquisição de Imagens	13
3.2	Segmentação	14
3.3	Extração de Características	15
3.4	Classificação	17
3.5	Validação dos Resultados	17
3.6	Resultados	18
<b>4</b>	<b>Conclusão</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Publicações</b>	<b>22</b>
	<b>Referências</b>	<b>23</b>

# 1 Introdução

As doenças oculares afetam grande parte da população mundial. Dados levantados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelaram que o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira irreversível no mundo (RESNIKOFF et al., 2004).

O glaucoma é uma doença crônico-degenerativa, definida como uma neuropatia óptica multifatorial que provoca inúmeras afecções oculares em células da retina e do nervo óptico (MELLO; SUSANNA; ALMEIDA, 2016). Trata-se de uma patologia que, a princípio, não apresenta sintomas, de forma que seu prognóstico está relacionado à detecção e ao tratamento precoce.

A Pressão Intraocular (PIO) é o principal fator de desenvolvimento do glaucoma. Este acontece devido ao canal de drenagem do líquido humor aquoso ser subitamente obstruído, originando assim o aumento da PIO ocasionando a morte das células da retina e do nervo óptico.

A detecção do glaucoma nos estágios iniciais aumenta a possibilidade de obter um melhor tratamento. Este diagnóstico pode ser realizado através de exames periódicos, tais como a Tomografia de Coerência Óptica e Tomografia Retiniana Heidelberg ou por meio dos métodos computacionais com análises de imagens da retina. Perante a dificuldade para identificar a patologia, o Processamento Digital de Imagens (PDI) está desenvolvendo um papel importante na detecção automática do glaucoma, através de métodos que apresentam um menor custo e possibilitam auxiliar o oftalmologista com outras maneiras de reconhecer e classificar o tipo do glaucoma.

Esse trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de métodos para detecção automática do glaucoma utilizando os algoritmos Otsu e k-means. A princípio, foi realizada a segmentação do Disco Óptico (DO) para ser efetuada a extração de características com descritores de textura baseados em Índices de Diversidade Filogenética (IDF) e, por fim, classificar os atributos de modo a verificar quais dos métodos obteve melhor desempenho na detecção automática do glaucoma.

## 2 Trabalhos Relacionados

Este capítulo é voltado para abordagens de alguns trabalhos desenvolvidos com outros métodos para detecção automática do glaucoma, de modo a analisar cada metodologia empregada.

No trabalho de (SANTOS; VERAS, 2012) foi realizada a segmentação do DO utilizando o algoritmo transformada *Wavelet Gabor* em uma base de domínio público intitulada Drive com 40 imagens da retina. Para avaliar a eficácia do método proposto foi feita a comparação de dois métodos e adotada uma métrica de sucesso e falha obtendo um resultado com sucesso de 35 imagens resultando em 87,5% de acerto.

Em (CLARO, 2015) a proposta do trabalho tinha como finalidade usar imagens da retina para a detecção automática do glaucoma através da extração e classificação. A base de imagens utilizada foi a RIM-ONE, que possui 169 imagens fornecidas por diversos especialistas, onde apresentam imagens de olhos saudáveis e com vários níveis de glaucoma. A princípio segmentou-se a região do DO utilizando uma máscara fornecida pela base, em seguida foram extraídas as características utilizando as cores e a entropia. Após isso, houve uma classificação obtendo-se o melhor resultado no classificador Random Forest, com 93,67% de Acurácia e Kappa em 0,83.

Em (SANTOS et al., 2015) a metodologia trabalhou apenas com o canal vermelho para melhorar a qualidade da segmentação. No estudo foram usadas três bases diferentes: RIM-ONEv1, DRISHTI-GS e DRIONS-DB. Na segmentação foi necessário encontrar o centro do DO para que pudesse circular a região que pertencia ao DO onde acontece o glaucoma. Quando comparada a segmentação das três bases, a que apresentou os melhores resultados foi a RIM-ONE obtendo uma acurácia de 83,0%.

No estudo de (PINHEIRO et al., 2015), a proposta do trabalho foi segmentar a região de interesse utilizando o canal Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue), em conjunto com algoritmo *K-means* separando em 5 *clusters* para definir a região do DO e melhorar a segmentação. Na validação dos resultados foi utilizado o classificador F-scores chegando a uma porcentagem de acerto em 91,75%.

Os trabalhos relacionados apresentaram resultados expressivos para a detecção automática do glaucoma, no entanto alguns dos trabalhos apresentam dificuldades na execução do método. Os quais enumeram-se a seguir:

- Entre os trabalhos relacionados, observa-se a necessidade de melhorar os resultados em Pinheiro *et al.* (2015), pois as manchas ao redor dos pixels do DO não foram retiradas, visto que ocorreu uma má segmentação de forma a modificar os resultados;
- Já em Santos e Veras (2012) a utilização de poucas imagens atrapalha na validação e precisão do método desenvolvido;

- Poucos trabalhos exploram as propriedades da textura contidas nas regiões do DO;

Diferente dos demais trabalhos, o método proposto pretende segmentar o DO com os algoritmos Otsu e K-means, para identificar a região de interesse, a fim de extrair as características de textura aplicando descritores baseados nos Índices de Diversidade Filogenética (IDF), com objetivo em identificar se possui uma relação filogenética entre os pixels contidos na imagem. Possibilitando na classificação diagnosticar quais imagens são saudáveis e glaucomatomas.

Portanto, a fim de possuir a mínima intervenção humana, no método proposto optamos em utilizar a análise de textura para realizar a caracterização da região de interesse do DO devido ao número de informações que este tipo de análise fornece, isto é, este tipo de análise permite extrair propriedades que vão além da percepção da visão humana.

## 3 Materiais e Métodos

A metodologia proposta neste trabalho teve como objetivo utilizar segmentação do DO para extrair as características com descritores de texturas baseados em IDF, e classificar os atributos utilizando múltiplos classificadores para detecção automática do glaucoma. Durante o desenvolvimento a metodologia foi dividida em 5 etapas, como ilustrado no fluxograma da Figura 1.




Figura 1: Fluxograma de execução do projeto.

### 3.1 Aquisição de Imagens

No estudo foi utilizada a base RIM-ONE que contém 169 imagens da retina e como a base apresenta algumas imagens com outros tipos de lesões, foram aproveitadas para o estudo 144 imagens, sendo 26 imagens que apresentam glaucoma em vários estágios e 118 são de olhos saudáveis, fornecida por três hospitais: Hospital Universitário de Canarias, Hospital Clínico San Carlos e Hospital Universitário Miguel Servet (MOHAMED; ZULKIFLEY; HUSSAIN, 2015).

## 3.2 Segmentação

Na etapa de segmentação foram usados os algoritmos de Otsu e k-means, onde o Otsu busca determinar um limiar de forma a maximizar a variância entre classes. A operação de limiarização consiste do particionamento dos *pixels* de uma imagem com  $n$  níveis de cinza em duas classes, objeto e o fundo (BERTHOLDO, 2007).

O Otsu analisa o histograma de cores presente na imagem, de modo a encontrar o melhor limiar para separar o fundo da região de interesse onde o glaucoma se apresenta.

O k-means é um algoritmo de aprendizado não-supervisionado que procura formar grupos com base nos valores médios da distância euclidiana entre os atributos das diversas áreas em um conjunto de dados (ANDRADE et al., 2016).

O k-means separa uma imagem em 2 classes. Nesse caso o  $K$  é igual a 2, onde  $K$  representa a quantidade de centróides criados para auxílio no encontro das semelhanças dos dados. Uma forma de fazer isso é inserindo os centróides aleatoriamente, para que as iterações possam dividir as classes. Com finalidade de obter outros resultados também foi implementada a região circular em conjunto com o k-means.

Para identificar o glaucoma é necessário isolar a região de interesse onde a patologia se apresenta, segundo os oftalmologistas o glaucoma se manifesta na região de DO. Na tentativa de obter melhores resultados traçou-se uma circunferência em torno da região segmentada pelos algoritmos de Otsu e K-means. Desenhou-se um plano cartesiano representativo ilustrado na Figura 2, onde é necessário encontrar o valor do menor X, maior X, menor Y e maior Y de modo a calcular o diâmetro, o qual é adquirido quando encontrando a maior distância entre dois pontos, calculando-se, assim, o raio para delinear a circunferência de tudo que esteja dentro do raio.




Figura 2: Ilustração do Plano Cartesiano.

A Figura 3 mostra três imagens, onde (a), é uma imagem glaucomatosa da retina, (b) é aplicado o algoritmo de Otsu para a segmentação e (c), utiliza-se o Otsu com a circunferência.




Figura 3: Imagem glaucomatosa da retina (a), Segmentação aplicando Otsu (b), Segmentação aplicando de Otsu com a região circular (c).

A Figura 4 mostra três imagens, onde (a) é uma imagem glaucomatosa da retina, (b) aplicou-se o algoritmo k-means para a segmentação, e (c) utilizou-se o k-means com a circunferência para segmentar a região de interesse.




Figura 4: Imagem glaucomatosa da retina (a), Segmentação aplicando k-means (b), Segmentação aplicando k-means com a região circular (c).

### 3.3 Extração de Características

É possível caracterizar uma área contida em uma imagem por meio de extração de características aplicando a análise de textura. Esta é uma abordagem natural que representa uma medida onde tal propriedade pode interpretar diversas informações visuais. Os descritores de textura contêm informações sobre a distribuição espacial, variação de luminosidade, suavidade, rugosidade, regularidade e descreve o arranjo estrutural das superfícies e as relações entre os pixels próximos (OLIVEIRA; FERNANDES, 2016).

Nesta etapa a extração de característica foi desenvolvida utilizando descritores de texturas baseados em IDF. Os índices de diversidade são aplicados na ecologia para medir a biodiversidade em um ecossistema. Com a compreensão da estrutura filogenética da comunidade, é possível construir generalizações amplamente manuseadas para entender os reais processos que alteram as estruturas das comunidades (MOREIRA, 2014). Os IDFs

são métricas de grupamento em setores de uma área, de forma a estimar diversidade de uma população, na qual cada indivíduo pertence apenas a um grupo.

Nos IDFs *Phylogenetic Diversity* (PD) é calculado o somatório dos comprimentos dos ramos de cada classe e  $B$  é o número de ramificação da árvore,  $L_i$  é comprimento do ramo e  $A_i$  é a abundância média de classes que compartilham ramos, como mostrada na Equação 3.1.

$$BX \frac{\sum_i^B L_i A_i}{\sum_i^B A_i} \quad (3.1)$$

A Equação 3.2 mostra a representação do índice filogenético *Sum of Phylogenetic Distances* (SPD) que é a soma das distâncias filogenéticas entre cada par de classe e  $d_{mn}$  é a distância entre as classes  $m$  e  $n$ ,  $a_m$ , abundância de classes  $m$ ,  $S$  é o numero de classes no conjunto focal.

$$\left( \frac{S(S-1)}{2} \right) X \frac{\sum \sum_{m < n} d_{mn} a_m a_n}{\sum \sum_{m < n} a_m a_n} \quad (3.2)$$

O *Mean Nearest Neighbour Distance* (MNND) trata-se da distância média do táxon mais próximo, onde  $d_{mn}$  é a distância entre as espécies  $m$  e  $n$ ,  $a_m$ , é abundância de espécies  $m$ . A formula é mostrada na Equação 3.3.

$$\sum_m^S \min(d_{mn}) a_m \quad (3.3)$$

O índice diversidade *Phylogenetic Species Variability* (PSV) é a variabilidade de classes filogenéticas, que retrata o grau em que as classes em uma comunidade são filogeneticamente relacionadas, como mostrado na Equação 3.4, onde, o  $trC$  corresponde a soma dos valores da diagonal de uma matriz  $\sum C$ ,  $'c$  e o somatório de todos os valores da matriz,  $n$  é o numero de classes e  $'c$  é a media dos elementos da diagonal de  $C$ .

$$PSV = \frac{ntrC - \sum c}{n(n-1)} = 1 - 'c \quad (3.4)$$

O IDF *Phylogenetic Species Richness* (PSR) é a riqueza de classes e quantifica o número de classes em um grupo. O valor do PSR é encontrado multiplicando-se o número de classes  $n$  pela variabilidade da comunidade, conforme os parâmetros na Equação 3.5.

$$PSR = nPSV \quad (3.5)$$

Os IDFs foram utilizados para caracterizar a textura das regiões segmentadas, de modo, a extrair as características contidas em cada imagem segmentada pelos algoritmos Otsu e k-means.

### 3.4 Classificação

Após a extração das características com análise de textura baseados em IDF a próxima etapa é a classificação, que beneficia-se do *framework* WEKA já que o mesmo contém um acervo de algoritmos para aprendizado de máquina (WEKA, 2017). Na classificação foram utilizados quatro classificadores *J48*, *BayesNet*, *AttributeSelectedClassifier* e *DecisionTable*, pelo fato de serem rigorosos em relação a presença de ruídos no processo de classificação para a detecção automática do glaucoma. Na literatura alguns trabalhos já os utilizaram e obtiveram bons resultados, manipulando os parâmetros com os valores padrões em conjunto com a validação cruzada de *k-folds*, sendo  $k = 10$ . Esse procedimento divide os atributos em 10 grupos, de forma a realizar o treino em 9 grupos e operar um grupo para testes. Na realização de 10 cruzamentos, os grupos de teste são mesclados e ao final é gerada uma média, onde se configura o resultado.

### 3.5 Validação dos Resultados

As métricas de avaliação dos resultados foram ilustradas em uma matriz de confusão baseado em quatro valores: Verdadeiro Positivo (VP), que é o número de imagens corretas classificadas como glaucomatosas; Falso Positivo (FP), onde valida o número de imagens classificadas como saudáveis sendo que são glaucomatosas, Falso Negativo (FN), que são as imagens classificadas como glaucomatosas, porém são saudáveis e o Verdadeiro Negativo (VN) que resulta no número de imagens classificadas como saudáveis.

Para avaliar os resultados a fim de descobrir qual o melhor método desenvolvido utilizou-se os índices estatísticos que são: Sensibilidade, Especificidade e Acurácia.

Sensibilidade (S), é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os VP nos indivíduos doentes, como mostra na Equação 3.6.

$$S = \frac{VP}{VP + FP} \quad (3.6)$$

Especificidade (E), trata-se da capacidade de um teste diagnóstico identificar os VN nos indivíduos sadios, como mostra na Equação 3.7.

$$E = \frac{VN}{VN + FP} \quad (3.7)$$

E Acurácia (A), é a proporção de acertos, ou seja, o total VP e VN da amostra estudada, como mostra na Equação 3.8.

$$A = \frac{VP + VN}{VP + FP + VN + FN} \quad (3.8)$$

### 3.6 Resultados

Os resultados obtidos na classificação dos métodos desenvolvidos para a detecção automática do glaucoma são mostrados nas Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos aplicando o algoritmo de Otsu para a segmentação e os descritores de textura baseados em IDF.

Tabela 1: Resultados da classificação com Otsu.

	FP	FN	VP	VN	Sensibilidade	Especificidade	Acurácia
<b>BayesNet</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>25</b>	<b>99,1%</b>	<b>89,3%</b>	<b>97,2%</b>
J48	2	1	116	25	99,1%	92,6%	97,9%
AttributeSelectedClassifier	2	1	116	25	99,1%	92,6%	97,9%
<b>DecisionTable</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,9%</b>	<b>98,6%</b>

Entre os resultados obtidos da classificação mostrada na Tabela 1, o que obteve o melhor resultado foi o classificador *DecisionTable*, sendo que, das 144 imagens utilizadas, 142 foram consideradas corretas e 2 falsas, conseguindo uma sensibilidade de 100,0%, especificidade de 92,9% e acurácia 98,6%. O resultado menos significativo é do classificador *BayesNet*, que declarou 140 imagens como corretas e 4 falsas, alcançando uma sensibilidade de 99,1%, Especificidade de 89,3% e acurácia 97,2%.

A Tabela 2 mostra os resultados adquiridos aplicando o algoritmo de Otsu com a região circular e os descritores de textura baseados em IDF.

Tabela 2: Resultados da classificação com Otsu e a região circular.

	FP	FN	VP	VN	Sensibilidade	Especificidade	Acurácia
BayesNet	0	3	118	23	97,5%	100,0%	97,9%
<b>J48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>116</b>	<b>24</b>	<b>98,3%</b>	<b>92,3%</b>	<b>97,2%</b>
AttributeSelectedClassifier	2	2	116	24	98,3%	92,3%	97,2%
<b>DecisionTable</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>118</b>	<b>23</b>	<b>97,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,9%</b>

Entre os resultados atingidos na Tabela 2, o melhor resultado foi com *DecisionTable*, que das 144 imagens analisadas foram consideradas que 141 estariam corretas e 3 falsas, resultando em uma porcentagem de acerto com sensibilidade de 97,5%, especificidade de 100,0% e uma acurácia com 97,9%. O pior resultado entre os classificadores foi o *J48*, onde considerou que 140 imagens estão corretas e 4 são falsas, chegando uma proporção do resultado com sensibilidade de 98,3%, especificidade 92,3% e acurácia de 97,2%.

A Tabela 3 apresenta os resultados da segmentação usando algoritmo K-means e os descritores de textura baseados em IDF.

Tabela 3: Resultados da classificação com o K-means.

	FP	FN	VP	VN	Sensibilidade	Especificidade	Acurácia
BayesNet	19	1	99	25	99,0%	57,8%	86,2%
<b>J48</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>94,1%</b>	<b>73,1%</b>	<b>90,3%</b>
AttributeSelectedClassifier	18	1	100	25	99,0%	58,1%	86,8%
<b>DecisionTable</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>25</b>	<b>99,0%</b>	<b>56,8%</b>	<b>86,1%</b>

Dos resultados exibidos na Tabela 3, o que apresentou resultado mais representativo foi o classificador *J48*, analisando 144, sendo que, foram classificadas 130 imagens como corretas e 14 sendo falsas, obtendo uma sensibilidade de 94,1%, especificidade em 73,1% e a uma acurácia de 90,3%. O resultado menos significativo é do classificador *DecisionTable* resultando no acerto de 124 imagens validada como corretas e 20 falsas, de modo a obter uma sensibilidade de 99,0%, especificidade de 56,8 e uma acurácia 86,1%.

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos na classificação, aplicando o algoritmo k-means com a região circular para segmentação junto com descritores de textura baseados em IDF para extrair as características.

Tabela 4: Resultados da classificação com o k-means e a região circular.

	FP	FN	VP	VN	Sensibilidade	Especificidade	Acurácia
<b>BayesNet</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>19</b>	<b>94,3%</b>	<b>88,9%</b>	<b>93,3%</b>
J48	5	5	113	21	95,8%	79,2%	93,0%
AttributeSelectedClassifier	5	5	113	21	95,8%	79,2%	93,0%
<b>DecisionTable</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>17</b>	<b>92,7%</b>	<b>87,5%</b>	<b>91,9%</b>

Diante dos resultados apresentados na Tabela 4, o classificador *BayesNet* obteve o melhor resultado com uma porcentagem de sensibilidade com 94,3%, especificidade em 88,9% e acurácia com 93,3%, validando como corretas 134 imagens e 10 sendo falsas. O classificador que apresentou o pior resultado foi o *DecisionTable*, de maneira a obter uma sensibilidade em 92,7%, especificidade de 87,5% e acurácia com 91,9%, classificando 122 imagens como corretas e 22 sendo falsas.

A Tabela 5 mostra os resultados adquiridos através da junção de todas as características obtidas nos quatro métodos mostrados anteriormente.

Tabela 5: Resultados da classificação das características todos os métodos juntos.

	FP	FN	VP	VN	Sensibilidade	Especificidade	Acurácia
BayesNet	33	30	439	74	93,6%	69,2%	89,1%
<b>J48</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>439</b>	<b>71</b>	<b>93,0%</b>	<b>68,3%</b>	<b>88,5%</b>
AttributeSelectedClassifier	46	20	426	84	95,5%	64,6%	88,5%
<b>DecisionTable</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>439</b>	<b>74</b>	<b>93,6%</b>	<b>69,2%</b>	<b>89,1%</b>

Na Tabela 5 o classificador que obteve a maior relevância nos resultados foi o *Decision-Table* apresentando uma sensibilidade de 93,6%, especificidade de 69,2% e uma acurácia em 89,1%, sendo que, foram utilizadas 144 imagens, onde foram extraídas vinte características para cada imagem. O classificador que apresentou o pior resultado foi o *J48*, apresentando uma sensibilidade em 93,0%, especificidade de 68,3 e acurácia com 88,5%.

A Tabela 6 apresenta os resultados da comparação dos trabalhos relacionados com a metodologia desenvolvida.

Tabela 6: Resultados da classificação das características todos os métodos juntos.

<b>Trabalhos</b>	<b>Base</b>	<b>Acurácia</b>
(SANTOS; VERAS, 2012)	RIM-ONE	87,5%
(CLARO, 2015)	RIM-ONE	93,67%
(SANTOS et al., 2015)	RIM-ONE, DRISHTI-GS e DRIONS-DB	83,0%
(PINHEIRO et al., 2015)	DRISHTI-GS	91,75%
<b>Metodologia</b>	<b>RIM-ONE</b>	<b>97,9%</b>

A Tabela 6 mostra a porcentagem de acurácia dos trabalhos relacionados e da metodologia proposta, de modo, a analisar que a maior taxa de acurácia é da metodologia proposta obtendo 97,9% utilizando a base RIM-ONE com 144 imagens saudáveis e com vários níveis de glaucoma. Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram que em comparação com os demais trabalhos encontrados na literatura, o método proposto mostra-se promissor, pois, alcançou resultados bem significativos, e na maior parte dos casos, o melhor resultado. É importante salientar, que a comparação com os trabalhos é meramente subjetiva, pois os casos analisados variam, assim como as bases de imagens utilizadas, sendo estes, fatores primordiais para uma comparação fidedigna.

## 4 Conclusão

Este trabalho apresentou um método automático, que através de técnicas de processamento de imagem e reconhecimento de padrões, é capaz de mensurar com sucesso a tarefa de fornecer uma segunda opinião ao especialista sobre alterações do nervo óptico que ocasionam o glaucoma.

O método utilizou os algoritmos de Otsu e k-means na tarefa de segmentação da região do DO, após isso, foi realizada a extração dos atributos de textura usando os índices de diversidade filogenética, e por fim, utilizou-se múltiplos classificadores com intuito de verificar a robustez do método.

Ao analisar os resultados da comparação do algoritmo de Otsu e k-means, pode-se observar que os dois métodos apresentam resultados promissores, com destaque para o algoritmo de Otsu.

Os índices de diversidade filogenética propostos nesse trabalho, mostraram-se eficientes na tarefa de caracterização das regiões do Disco Óptico. Pois, foi possível alcançar resultados promissores.

Por fim, acredita-se que os métodos propostos são capazes de integrar uma ferramenta CAD, para ser aplicada em cenários reais, sendo esta, capaz de fornecer ao especialista uma segunda opinião, com maior rapidez e menos cansativo ao especialista perfazendo uma maneira de prognóstico mais favorável ao paciente portador do glaucoma.

## 5 Publicações

- CARVALHO JUNIOR, A. S. V.; CARVALHO FILHO, A. O. ; SOUSA, A. D. ; BARROS, P. V. S. . Segmentação do disco óptico para detecção automática do glaucoma utilizando o algoritmo de Otsu. In: ERIPI Escola Regional de Informática do Piauí, 2017, Pícos. III Escola Regional de Informática do Piauí, 2017. v. 1. p. 123-129.
- CARVALHO JUNIOR, A. S. V.; CARVALHO FILHO, A. O. ; SOUSA, A. D. ; DRUMOND, P. M. L. L. ; BARROS, P. V. S. . Desenvolvimento de métodos para detecção automática do glaucoma. In: Workshop de Informática Médica, 2017, São Paulo. Anais do XXXVII congresso da sociedade brasileira de computação : #ComputaçãoParaTudoeParaTod\*s, 2017.

# Referências

- ANDRADE, E. O. et al. Identificação de perfis de consumo domiciliar de energia elétrica a partir de algoritmos de agrupamento. In: . [S.l.]: XII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação., 2016. Citado na página 14.
- BERTHOLDO, F. A. R. Técnicas de limiarização para melhorar a qualidade visual de documentos históricos. In: . [S.l.]: Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, 2007. Citado na página 14.
- CLARO, L. M. Detecção automática do glaucoma por extração de características e classificação. In: . [S.l.]: Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Piauí. Picos – PI, Brasil, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.
- MELLO, A. A. P.; SUSANNA, J. R.; ALMEIDA, H. G. Glaucoma. In: . [S.l.]: 4. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica. 512 p, 2016. Citado na página 10.
- MOHAMED, N. A.; ZULKIFLEY, M. A.; HUSSAIN, A. On analyzing various density functions of local binary patterns for optic disc segmentation. In: IEEE. *Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE), 2015 IEEE Symposium on*. [S.l.], 2015. p. 37–41. Citado na página 13.
- MOREIRA, J. A. Diferentes abordagens de análise da diversidade biológica da anurofauna do sul de minas gerais. In: . [S.l.]: Dissertação de Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal de Alfenas – MG, 2014. Citado na página 15.
- OLIVEIRA, W. E. B.; FERNANDES, S. R. Classificação de padrões em imagens usando descritores de textura. In: . [S.l.]: Bacharelado em Sistemas de Informação., 2016. Citado na página 15.
- PINHEIRO, A. F. C. et al. Metodologia computacional para detecção automática do glaucoma em imagens de fundo de olho. In: . [S.l.]: Universidade Federal do Maranhão – São Luís – MA – Brasil, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.
- RESNIKOFF, S. et al. Global data on visual impairment in the year 2002. In: . [S.l.]: Bulletin of the World Health Organization, 2004. Citado na página 10.
- SANTOS, L. M. et al. Implementação e comparação de um método de detecção e segmentação automática do disco óptico em diferentes bases de imagens da retina. In: . [S.l.]: Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Piauí. Picos – PI, Brasil, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.
- SANTOS, L. M. R.; VERAS, R. M. S. Levantamento, descrição e detecção dos principais atributos para o diagnóstico de glaucoma. In: . [S.l.]: Universidade Federal do Piauí – UFPI, Brasil, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.
- WEKA. Machine learning group at the university of waikato. 2017. Disponível em: <<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>>. Citado na página 17.



**TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA  
“JOSÉ ALBANO DE MACEDO”**

**Identificação do Tipo de Documento**

- ( ) Tese  
( ) Dissertação  
( ) Monografia  
 Artigo

Eu, Antônio Sousa Vieira de Carvalho Júnior,  
autorizo com base na Lei Federal nº 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 e na Lei nº 10.973 de  
02 de dezembro de 2004, a biblioteca da Universidade Federal do Piauí a divulgar,  
gratuitamente, sem ressarcimento de direitos autorais, o texto integral da publicação  
Desenvolvimento de métodos para detecção automá-  
tica do glaucoma  
de minha autoria, em formato PDF, para fins de leitura e/ou impressão, pela internet a título  
de divulgação da produção científica gerada pela Universidade.

Picos-PI 11 de Janeiro de 20 18.

Antônio Sousa Vieira de Carvalho Júnior  
Assinatura

Antônio Sousa Vieira de Carvalho Júnior  
Assinatura